

Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych oraz innych niezbędnych materiałów eksploatacyjnych do wykonywania oznaczeń koagulologicznych wraz z dzierżawą trzech analizatorów koagulologicznych - dwóch dla Pracowni na ul. W.K. Roentgena 5 (lokalizacja 1) i jednego dla Pracowni przy ul. Wawelskiej 15 (lokalizacja 2) wraz z wyposażeniem dodatkowym na okres 36 miesięcy.

Lp	Wymagane parametry minimalne (graniczne)	Warunek graniczny	Potwierdzenie warunku, opis
1.	Analizatory fabrycznie nowe, wyprodukowane nie później niż 2016 r. (podać model/typ, nazwę producenta, rok produkcji), w pełni gotowe do pracy.	Tak	
2.	Wszystkie analizatory tożsame technologicznie, tj. oznaczanie parametrów wymienionych w załączniku nr 1 takimi samymi metodami, za pomocą identycznych odczynników, kalibratorów, kontroli oraz materiałów zużywalnych. Wymagane identyczne oprogramowanie sterujące do wszystkich aparatów.	Tak	
3.	Wykonawca dostarczy odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne i inne materiały zużywalne w odpowiedniej ilości do wykonania wymienionych w załączniku nr 1 badań na oferowanych analizatorach..	Tak	
4.	Pełna automatyzacja procesu oznaczania.	Tak	
5.	Minimum 15 miejsc odczynnikowych chłodzonych na pokładzie każdego z aparatów.	Tak	
6.	Współpraca wszystkich aparatów z laboratoryjnym systemem informatycznym firmy Marcel (dwukierunkowa komunikacja) - interfejsy, podłączenie i uruchomienie na koszt Wykonawcy.	Tak	
7.	Technika pomiaru: metody krzepnięciowe (nefelometria lub turbidymetria), chromogenne, immunologiczne.	Tak	
8.	Wbudowany program kontroli jakości.	Tak	
9.	Podgląd krzywych reakcji dla wszystkich oznaczanych parametrów.	Tak	
10.	Zapamiętywanie krzywych kalibracyjnych.	Tak	
11.	Odczynnik do PT - ISI = $1 \pm 0,1$ , oparty na tromboplastynie ludzkiej.	Tak	
12.	Wydajność oznaczeń (dla PT i APTT) dla aparatów minimum 100 ozn/h.	Tak	
13.	Analizatory przystosowane do pracy z próbkami macierzystymi.	Tak	
14.	Aparaty wyposażone w wewnętrzne czytniki kodów paskowych, identyfikujące próbki badane i odczynniki. Czytnik powinien pozwalać na jednoczesny odczyt wszystkich wkładanych w danym nośniku materiałów, bez potrzeby ich manualnego odczytu przez operatora.	Tak	
15.	Aparaty posiadają opcję STAT (cito) pozwalającą na zaprogramowanie próbki STAT w dowolnej chwili i w dowolnej pozycji próbkowej. Możliwość przeprogramowania próbki z trybu RUTYNA w tryb CITO z doprogramowaniem testów w czasie pracy	Tak	
16.	Aparaty posiadają czujniki poziomu próbek i odczynników.	Tak	
17.	Aparaty posiadają możliwość automatycznego rozcieńczania próbek przekraczających zakres pomiarowy metody.	Tak	
18.	Płynne ładowanie próbek, odczynników i kuwet w trakcie pracy aparatów.	Tak	
19.	Aparaty posiadają panel oznaczeń: PT, APTT, TT, fibrynogen, czynniki krzepnięcia, białko C, D-dimery oraz antytrombina III (metoda oparta na czynniku X aktywnym, odczynnik ciekły gotowy do użycia).	Tak	
20.	Trwałość odczynników do oznaczania PT, APTT, fibrynogenu i D-Dimerów na pokładzie analizatorów minimum 5 dni.	Tak	
21.	Aparaty posiadają oddzielne systemy pipetujące dla odczynników i próbek badanych.	Tak	
22.	Trzy komputery klasy PC z oprogramowaniem Windows 7 Professional (w tym minimum jeden z pakietem MS Office), monitorami LCD minimum 19" i dwoma drukarkami (wydajność do 40 stron/min) do odprawiania i wydruku wyników wraz z materiałami eksploatacyjnymi (bębny, tonery itp) niezbędnymi do wydrukowania 25000 tys. stron formatu A5.	Tak	

23	Wszystkie aparaty posiadają system utrzymujący napięcia (UPS) minimum 20 minut.	Tak	
24	Wykonawca dostosuje warunki środowiska panujące w pomieszczeniu (temperatura i wilgotność), w którym zostaną zainstalowane analizatory pod względem temperatury i wilgotności, w granicach wymaganych przez producenta aparatów (dotyczy pomieszczenia w lokalizacji nr 1).	Tak	
25	Bezpośredni kontakt z inżynierem serwisowym.	Tak	
26.	W czasie trwania umowy zalecane przez producenta przeglądy i wszystkie naprawy aparatu (niezawinione przez użytkownika) będą wykonywane przez serwis i na koszt wykonawcy.	Tak	
27.	Instrukcje obsługi analizatorów w języku polskim	Tak	

W wolnej (trzeciej) kolumnie należy potwierdzić spełnienie warunków granicznych.

#### Załącznik nr 1.1

Lp.	PARAMETR	Liczba oznaczeń
1	APTT	156000
2	Antytrombina III	24000
3	Białko C	4500
4	D-Dimery	135000
5	Fibrynogen	48000
6	Czas protrombinowy	156000
7	Czas trombinowy	16000
8	Czynnik V	180
9	Czynnik VII	30
10	Czynnik VIII	600
11	Czynnik X	30
12	Czynnik XII	30
13	Czynnik von Willebranda antygen	30
14	Czynnik von Willebranda aktywność	30

#### Uwaga

- Odpowiednia ilość kalibratorów, materiałów kontrolnych i innych potrzebnych akcesoriów i materiałów zużywalnych potrzebnych do prawidłowej pracy aparatów.
- Do podanej liczby oznaczeń NIE dodano pomiarów kontrolnych. Kontrola wykonywana jest na dwóch poziomach, raz dziennie w dni robocze, na trzech analizatorach. W lokalizacji 2 taki schemat proszę uwzględnić wyłącznie dla parametrów z pozycji 1, 4, 6. W lokalizacji 1 opisany schemat kontroli dla parametrów z pozycji 1 - 7. Pomiar kontrolny dla parametrów z pozycji 8 - 14 każdorazowo na 1 poziomie przy oznaczaniu. Nie doliczono pomiarów kalibracyjnych, które należy uwzględnić zgodnie z zapisami ulotek odczynnikowych i zaokrąglić do pełnej „100”.
- Jeżeli liczba oznaczeń dla poszczególnych parametrów w przeliczeniu na opakowania handlowe nie jest liczbą całkowitą, należy zaokrąglić w górę do pełnego opakowania.
- Dla parametru z pozycji 4 (D-Dimer) uwzględnić konieczność wykonania dodatkowych rozcieńczeń osocza. Rozcieńczenia należy wykonać przy wynikach powyżej zakresu liniowości metody (liniowość metody proszę potwierdzić dołączoną ulotką odczynnikową). Dla liniowości 4400 ng/ml proszę doliczyć 3000 oznaczeń, a dla liniowości 7500 ng/ml doliczyć 1200 dodatkowych oznaczeń.
- Dla parametrów z pozycji 8 -14 przyjąć 1 oznaczenie na 1 buteleczkę/ampułkę odczynnika.
- Dla parametrów z pozycji 1, 4, 5, 6 liczba proponowanych opakowań odczynników powinna uwzględniać trwałość odczynnika roboczego na pokładzie analizatorów (na podstawie dostarczonych ulotek odczynnikowych). Dotyczy lokalizacji 1.
- 80% badań parametrów (1 do 7) z załącznika 1 wykonywanych jest w trybie rutynowym w serii, pozostałe 20% oznaczeń pojedynczo w trybie dyżurowym. Proszę w ofercie uwzględnić większe zużycie materiałów zużywalnych przy pojedynczych badaniach.

#### Parametry oceniane - załącznik nr 1.2.

L.p.	Parametry oceniane dla analizatorów koagulologicznych w obu lokalizacjach	Punktacja	Potwierdzenie warunku, opis
1	Oprogramowanie sterujące w języku polskim	Tak - 5 pkt, Nie - 0 pkt	
2	Możliwość pomiaru długich czasów krzepnięcia PT i APTT min 300 sek. przy wykorzystaniu oryginalnych procedur zwalidowanych przez producenta odczynników.	Tak - 5 pkt, Nie - 0 pkt	
3	Przebijak korków probówek macierzystych typu Sarstadt, działający również dla próbek zaprogramowanych w trybie CITO.	Tak - 5 pkt, Nie - 0 pkt	
4	Ciekłe odczynniki i kontrole dla parametru D-Dimer.	Tak - 5 pkt, Nie - 0 pkt	
5	Odczynnik do oznaczania APTT ciekły wyprodukowany w oparciu o technologię syntetycznych fosfolipidów.	Tak - 5 pkt, Nie - 0 pkt	
6	Metoda oznaczania fibrynogenu na oferowanych analizatorach klasyczna metoda Clausa	Tak - 5 pkt, Nie - 0 pkt	

L.p.	Gwarancja i serwis	Warunek graniczny	Potwierdzenie warunku, opis
1.	Wykonawca musi załączyć ważne dokumenty potwierdzające fakt autoryzacji przez producenta w zakresie serwisu dostarczanych analizatorów.	Tak	
2.	Wykonawca musi posiadać własny autoryzowany przez producenta serwis na terenie Polski. Serwis musi dysponować co najmniej 1 wykwalifikowanym inżynierem serwisu na terenie kraju.	Tak	
3.	Przeglądy serwisowe zgodnie z dokumentacją producenta (nie rzadziej niż 2 razy w roku) przez cały czas trwania umowy, dokonywane na koszt Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Użytkownikiem	Tak	
4.	Uzgodniony harmonogram przeglądów zostanie dostarczony do kierownika Działu Gospodarki Aparaturowej w terminie 14 dni od podpisania umowy.	Tak	
5.	W przypadku, gdy nie zostaną wykonane zalecane przez producenta przeglądy, będą naliczane kary umowne.	Tak	
6.	Za terminową realizację przeglądów i konserwacji zgodnie z harmonogramem odpowiada Wykonawca.	Tak	
7.	Za skuteczne zgłoszenie awarii uważa się zgłoszenie telefoniczne. Podać nr telefonu.....	Tak	
8.	Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii aparatu w czasie do 2 dni roboczych, a w przypadku sprowadzenia części z zagranicy do 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.	Tak	
9.	Czas reakcji na zgłoszeniu awarii (maksymalny czas podjęcia działań zmierzających do usunięcia awarii) – 12 godzin w dni robocze od poniedziałku do piątku.	Tak	
10.	Dla każdego dzierżawionego analizatora Wykonawca obowiązany jest założyć Paszport.	Tak	
11.	Wraz ze sprzętem Wykonawca dostarczy następujące dokumenty w języku polskim: a) instrukcję obsługi analizatorów (w formie papierowej i elektronicznej); b) karty charakterystyk substancji niebezpiecznych (jeżeli występują) w formie papierowej lub elektronicznej.	Tak	
12.	W przypadku wykonania naprawy i przeglądów - potwierdzeniem wykonania usługi będzie czytelnie wypełniona karta pracy serwisu podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego oraz wpis do Paszportu.	Tak	
13.	Termin dostawy, uruchomienie analizatorów oraz podłączenie do posiadanego przez Zamawiającego systemu informatycznego – do 15 dni roboczych od daty podpisania umowy.	Tak	

14.	Wykonawca gwarantuje szkolenie (przeprowadzone na koszt Wykonawcy) personelu Użytkownika minimum na poziomie podstawowym w terminie 5 dni od daty uruchomienia analizatorów oraz szkolenia uzupełniające po wprowadzeniu zmian w urządzeniach lub oprogramowaniu. Przeprowadzone szkolenia udokumentowane zostaną stosownym certyfikatem.	Tak	
-----	---	-----	--

**Oświadczenie Wykonawcy:**

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu oraz materiałów zużywalnych spełniających wyspecyfikowane parametry. Oświadczamy, że oferowany i powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

(miejsowość, data)

*Czytelny/e podpis/y (imię nazwisko) lub  
podpis/y i pieczęć/ki imienna/e  
osoby/osób upoważnionej/ych  
do reprezentowania wykonawcy*

**WYKAZ DOSTAW**

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów , czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (zgodnie z wymaganiami Zamawiającego – określonymi w SIWZ).

**Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i innych materiałów eksploatacyjnych do wykonywania oznaczeń koagulologicznych wraz z dzierżawą analizatora do wykonywania w/w oznaczeń**

Nazwa Wykonawcy .....

Adres Wykonawcy .....

Nazwa i adres Zamawiającego (Odbiorcy)	Przedmiot dostawy	Wartość dostawy brutto	Terminy realizacji dostawy	Referencje strona ..... oferty

.....  
(data, pieczęć i podpis pełnomocnego przedstawiciela Wykonawcy)

**Załącznik nr 3 do SIWZ PN- 151/15/MJ**

**Zapotrzebowanie na odczynniki , kalibratory, materiały kontrolne i inne materiały zużywalne**

LP	Odczynnik /*	Numer katalogowy	J.M.	Ilość oznaczeń	Ilość opakowań	Cena jedn. opakowania netto PLN	Wartość netto PLN	VAT %	Wartość VAT	Wartość brutto PLN
			op.							
			op.							
			op.							
L.P.	Kalibratory /*	Numer katalogowy				Cena jedn. opakowania netto PLN	Wartość netto PLN	VAT %	Wartość VAT	Wartość brutto PLN
			op.							
			op.							
L.P.	Materiały kontrolne /*	Numer katalogowy				Cena jedn. opakowania netto PLN	Wartość netto PLN	VAT %	Wartość VAT	Wartość brutto PLN
			op.							
			op.							
RAZEM										

L.P.	Materiały eksploatacyjne /*	Numer katalogowy				Cena jedn. opakowania netto PLN	Wartość netto PLN	VAT %	Wartość VAT	Wartość brutto PLN
			op.							
RAZEM										

Zamawiający zwraca się z prośbą o wpisanie w formularzu cenowym oferowanych wyrobów w kolejności numerów katalogowych (narastająco) w wymienionym powyżej asortymencie

Wartość netto: ..... PLN (słownie: ..... PLN)

Wartość brutto: ..... PLN (słownie: ..... PLN)

.....  
(data, podpis i pieczęć osoby upoważnionej)

**Dzierżawa analizatorów (3 szt.)**

	Nazwa **/	Ilość miesięcy	Wartość netto za 1 miesiąc	Łączna wartość netto za 36 miesięcy w PLN	VAT %	Wartość VAT	Łączna wartość brutto za 36 miesięcy w PLN
1.		36					
2.		36					
3.		36					
	RAZEM						

\*\*/ wpisać poniżej: nazwę, model, producenta

Wartość netto: ..... PLN (słownie: ..... PLN)

Wartość brutto: ..... PLN (słownie: ..... PLN)

**Łączna wartość oferty netto (odczynniki i dzierżawa): ..... PLN (słownie: ..... PLN)**

**Łączna wartość oferty brutto (odczynniki i dzierżawa): ..... PLN (słownie: ..... PLN)**

.....  
(data, podpis i pieczęć osoby upoważnionej)

## OFERTA

My, niżej podpisani, .....  
działając  
w imieniu i na rzecz (nazwa i adres Wykonawcy)

Tel.: ..... Fax: ..... E-mail: .....

NIP: ..... Regon: ..... województwo: .....  
wpisanej do:

- Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy prowadzonego przez Sąd Rejonowy ..... pod nr KRS ..... z siedzibą .....
- lub do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP .....

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

Dostawę odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i innych materiałów eksploatacyjnych do wykonywania oznaczeń koagulologicznych wraz z dzierżawą trzech analizatorów na okres 36 miesięcy - dla 2 lokalizacji , nr sprawy : PN – 151/16/MJ składamy niniejszą ofertę.

Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z tą dokumentacją i wypełnionym formularzem cenowym za cenę: ..... PLN netto (słownie złotych netto:.....) i ..... PLN brutto (słownie złotych brutto:.....),  
w tym:

	WARTOŚĆ NETTO:	WARTOŚĆ BRUTTO:
Koszt zakupu odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i innych materiałów zużywalnych		
Koszt dzierżawy analizatora		
RAZEM:		

## OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

1. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.
2. Oferujemy termin płatności ..... dni (min. 60 dni) od daty dostarczenia towaru i faktury do siedziby Zamawiającego.
3. Oferujemy termin płatności ..... dni (min. 30 dni) od daty dostarczenia faktury za czynsz dzierżawny do siedziby Zamawiającego.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń. Tym samym zobowiązujemy się do spełnienia wszystkich warunków zawartych w SIWZ.
5. Termin przydatności towaru do użytku wynosi: ..... (min. 12 m-cy dla odczynników) , .....(min. 12 m – cy dla materiałów kontrolnych), .....(min. 12 m-cy dla kalibratorów) od daty dostawy towaru do siedziby Zamawiającego.



6. Oświadczamy, że akceptujemy projekt umowy. Jednocześnie zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, przedstawić wszelkie wymagane uprawnienia osób i podmiotów przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia, a także podpisać umowę bez zastrzeżeń, w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. Zobowiązujemy się do wykonywania zamówienia z należytą starannością i zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
8. Oświadczamy, że cena ofertowa zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia
9. Informujemy, że **zamierzamy\*** / **nie zamierzamy\*** powierzyć części zamówienia podwykonawcom (jeżeli TAK, należy wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom):

- 1) .....
- 2) .....

10. Osoba upoważniona do kontaktów z Zamawiającym .....  
 tel. .... fax.: .....  
 poczta elektroniczna: .....

11. Nadzór nad realizacją umowy ze strony Wykonawcy będzie pełnił/a:

....., tel. .... faks:.....  
 e-mail: .....

Ofertę niniejszą składamy na ..... kolejno ponumerowanych stronach.

Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

- |          |           |
|----------|-----------|
| 1) ..... | str. .... |
| 2) ..... | str. .... |
| 3) ..... | str. .... |
| 4) ..... | str. .... |
| 5) ..... | str. .... |
| 6) ..... | str. .... |
| 7) ..... | str. .... |
| 8) ..... | str. .... |

**NA FAKTURZE VAT NALEŻY PODAĆ:**

- nr umowy, na podstawie której dostawa została wykonana;

.....dnia.....

Miejscowość .....

(pieczętka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)

\*/ niepotrzebne skreślić

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

UMOWA nr ...../2016  
zawarta w dniu .....2016 r. w Warszawie pomiędzy:

Centrum Onkologii – Instytutem im. Marii Skłodowskiej – Curie z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000144803, Regon 000288366, NIP 525-000-80-57, zwanym dalej „Zamawiającym”, w imieniu którego działa:

Prof. dr hab. n. med. Jan Walewski – Dyrektor

a

.....  
wpisanym do ..... prowadzonego przez ..... pod nr KRS .....,  
Regon ....., NIP ....., o kapitale zakładowym ..... / .....  
przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „.....”, wpisaną do  
Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej NIP ....., Regon .....,  
zwanym dalej „Wykonawcą”, wybranym w trybie przetargu nieograniczonego nr PN-151/16/MJ na  
Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych oraz niezbędnych materiałów  
eksploatacyjnych do wykonywania oznaczeń koagulologicznych wraz z dzierżawą trzech analizatorów  
na okres 36 miesięcy - dla 2 lokalizacji

w imieniu którego działa:

1. ....
2. ....

§ 1

W ramach niniejszej umowy:

1. Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający kupuje odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne i inne materiały eksploatacyjne zwane dalej towarem, które będą wykorzystywane w trzech w analizatorach koagulologicznych, szczegółowo określone w załączniku nr 1 do umowy
2. Wykonawca akceptuje fakt, iż ilości asortymentu wyszczególnionego w załączniku nr 1 są ilościami planowanymi. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ich zmniejszenia w stosunku do ilości i wartości dostaw przyjętych w umowie, w sytuacjach uzasadnionych ważnymi powodami, a w szczególności zmniejszenia liczby pacjentów. Zamawiający nie ponosi konsekwencji finansowych zmniejszenia ilości dostaw przyjętych w umowie. Realizacja jednak wyniesie nie mniej niż 80 % wartości planowanej.
3. Wykonawca wydzierżawia Zamawiającemu, na okres 36 miesięcy – począwszy od dnia .....2016 r., 3 analizatory do oznaczeń koagulologicznych  
Szczegółowy opis analizatora, jego parametry techniczne zawiera załącznik nr 2 do umowy.
4. Wykonawca zapewnia, iż towar, którego dotyczy umowa oraz analizator, wprowadzone zostały do obrotu i do używania na terenie Polski zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r. (Dz. U. nr 107, poz. 679 z późn. zm.).
5. Termin przydatności towaru do użytku nie może być krótszy niż .....(min. 12 miesięcy dla

odczynników) ..... (12 m -cy dla ..... materiałów kontrolnych) oraz .....  
(min. 12 miesięcy dla kalibratorów) od daty każdej dostawy.

6. Strony przewidują możliwość zamiany ilości zamawianych odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i materiałów zużywalnych – towaru, w ramach wartości i asortymentu określonego w niniejszej umowie, w przypadku zmiany potrzeb Zamawiającego.

## § 2

1. Wartość zakupionego towaru wraz z kosztami dostawy i podatkiem VAT wynosi ..... PLN (słownie: .....).
2. Należność za dostarczony towar płatna będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie .... dni (min. 60 dni) po dostarczeniu faktury.
3. Czynsz dzierżawny za dzierżawę analizatora wynosi łącznie kwotę brutto ..... PLN. Czynsz płatny jest w ratach miesięcznych w wysokości ..... PLN brutto, na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie ..... dni (min. 30 dni) od daty otrzymania faktury.
4. Łączna wartość umowy brutto wynosi ..... PLN słownie: ..... PLN.
5. Wykonawca zobowiązany jest przy wystawieniu faktury podać numer umowy, na podstawie której dostawa została wykonana.
6. Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

## § 3

1. Towar określony w § 1 ust. 1 dostarczany będzie przez Wykonawcę do Zamawiającego, tj. do dwóch lokalizacji przy ul. W.K.Roentgena 5 i Wawelskiej 15 sukcesywnie w terminie 36 miesięcy począwszy od dnia ..... 2016 r. - w ilościach i terminach uzgodnionych między stronami na 7 dni przed terminem dostawy.
2. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do składania zamówień, o których jest mowa w ust. 1 jest pracownik Sekcji Zaopatrzenia Zamawiającego.
3. Odbiór towaru następuje u Zamawiającego, Wykonawcę reprezentuje przy odbiorze Kierowca / Konwojent, a Zamawiającego upoważniony pracownik.
4. Dowodem dostawy towaru jest dokument potwierdzający rodzaj i ilość towaru.

## § 4

Wykonawca zapewnia dobrą jakość towaru, a w przypadku uzasadnionej reklamacji Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany towaru na wolny od wad, nie później niż w ciągu 10 dni od daty zgłoszenia reklamacji.

## § 5

1. W przypadku niedostarczenia towaru w terminie uzgodnionym zgodnie z § 3 ust.1 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wartości brutto nie dostarczonego towaru za każdy dzień zwłoki.
2. Taka sama kara będzie należna w przypadku nie dokonania wymiany w terminie określonym w § 4 wadliwego towaru na wolny od wad.
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu zawinione go przez Wykonawcę nienależytego wykonania lub niewykonania umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej 10% wartości brutto nie dostarczonego towaru.
4. Zamawiający może potrącać kary umowne z należności za dostarczony towar, jeżeli Wykonawca nie ureguluje należnej kary w terminie podanym na wystawionej przez Zamawiającego notcie.
5. Niezależnie od zastrzeżonych kar umownych, Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

## § 6

1. Wykonawca wydzierżawi Zamawiającemu 3 analizatory (model, nazwa) na okres obowiązywania umowy
2. Wykonawca zapewnia, że analizatory, będące przedmiotem dzierżawy, nie są obciążone prawami osób trzecich i umożliwi wykonanie oznaczeń parametrów krytycznych odczynnikami stanowiącymi przedmiot umowy.
3. Wykonawca na własny koszt, w terminie do 6 tygodni od daty podpisania umowy, dostarczy analizator do Zakładu Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Warszawie przy ul. W.K. Roentgena 5 oraz w terminie do 30 dni roboczych od daty dostawy analizatora podłączy i uruchomi (dwukierunkową) komunikację z systemem szpitalnym w Zakładzie Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Wykonawca w ramach czynszu dzierżawnego bezpłatnie przeszkoli personel Zamawiającego w zakresie jego obsługi w terminie 5 dni od daty uruchomienia analizatora. Wraz z analizatorem Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi aparatu w języku polskim. Odbiór analizatora wraz z pełną dokumentacją nastąpi protokolarnie. Ze strony Zamawiającego protokół odbioru podpisany zostanie przez Kierownika Działu Gospodarki Aparaturowej lub osobę przez niego upoważnioną oraz Kierownika Zakładu Anestezjologii i Intensywnej Terapii lub osobę przez niego upoważnioną.
4. Warunki serwisu i instruktażu określa załącznik nr 3 do niniejszej umowy.
5. W przypadku nie dokonania naprawy awarii analizatora w przeciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia awarii, 7 dni - w przypadku konieczności sprowadzenia części zastępczych z zagranicy lub nie dostarczenie sprzętu zastępczego na czas trwania awarii Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości jednomiesięcznego czynszu dzierżawnego za każdy dzień zwłoki.
6. Taka sama kara należna będzie w przypadku nie wykonania przeglądu/konserwacji, zgodnie z zaleceniami producenta ale nie rzadziej niż co 6 miesięcy.

## § 7

1. W okresie obowiązywania umowy, przeglądy, konserwacje i naprawy serwisowe wraz z materiałami i częściami zamiennymi wynikające z bieżącego użytkowania analizatora, nie wynikające z winy Zamawiającego lub nie objęte treścią ust. 3, wykonywane będą przez Wykonawcę w ramach wynagrodzenia umownego.  
Wykonawca zapewnia należyłą pracę analizatora, zgodną z jego przeznaczeniem przez cały okres obowiązywania umowy.
2. Wykonawca ma prawo kontroli sposobu użytkowania przedmiotu dzierżawy.
3. Zamawiający traci uprawnienia wynikające z usług serwisowych świadczonych przez Wykonawcę zgodnie z umową, w przypadku dokonania napraw, przeróbek lub modyfikacji przedmiotu dzierżawy przez osoby nieupoważnione. Zamawiający może utracić ww. uprawnienia również wówczas, jeśli Wykonawca (jego upoważniony przedstawiciel, serwisant) wykaże, że Zamawiający korzysta z akcesoriów innych niż zalecanych przez Wykonawcę lub korzysta z odczynników innych niż dostarczane przez Wykonawcę, co wpływa negatywnie na jakość pracy przedmiotu dzierżawy lub stan przedmiotu dzierżawy; w takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu swoją decyzję niezwłocznie.

## § 8

Zamawiający nie może bez zgody Wykonawcy udostępniać analizatora do używania, ani też poddzierżawiać osobom trzecim.

## § 9

1. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu dzierżawy, Zamawiający usunie dane osobowe zapisane w pamięci elektronicznej analizatora.
2. Usunięcie danych odbędzie się w obecności administratora bezpieczeństwa informacji Centrum Onkologii.
3. Z czynności, o których mowa w ust. 1 sporządzony zostanie protokół, który będzie następnie przechowywany w archiwum zakładowym, przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami.
4. Protokół zawierać będzie szczegółowe określenie usuniętych danych osobowych, datę ich usunięcia oraz podpisy pracowników Zamawiającego, którzy usunęli dane określone w ust.1.

## § 10

Umowa obowiązuje od dnia zawarcia do dnia .....2019 r.

## § 11

1. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych, a ponadto w przypadku nienależytego wykonywania lub niewykonywania umowy przez Wykonawcę pomimo udzielenia na piśmie dodatkowego 7 dniowego terminu do zaprzestania naruszeń i bezskutecznego upływu tego terminu.
2. Wykonawca ma prawo do odstąpienia od całości umowy w następujących przypadkach:
  - wykorzystania dzierżawionego analizatora w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem,
  - oddania analizatora bez zgody Wykonawcy do używania osobom trzecim lub poddzierżawienia go - po uprzednim wezwaniu Zamawiającego do usunięcia nieprawidłowości w użytkowaniu analizatora i wyznaczeniu 30 dniowego terminu na wykorzystanie analizatora zgodnie z umową.

## § 12

1. Informacje, dotyczące Zamawiającego i uzyskane przez Wykonawcę w związku z zawarciem niniejszej umowy oraz w czasie jej wykonywania stanowiąc będą informacje poufne Zamawiającego, z wyjątkiem informacji, które są informacjami jawnymi z mocy obowiązujących przepisów prawa.
2. Wykonawca zobowiązany jest do nie ujawniania takich informacji poufnych jakiegokolwiek osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego.
3. W przypadku ujawnienia takiej informacji poufnej wbrew postanowieniom ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu, Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu wskutek ujawnienia informacji poufnej.

## § 13

1. Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
2. Czynność dokonana z naruszeniem ust. 1 jest nieważna.

## § 14

1. Strony dopuszczają zmiany w umowie:
    - w zakresie ceny:
      - a) w przypadku zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulega stawka podatku VAT i cena brutto, cena netto nie ulega zmianie,
      - b) w przypadku ustalenia ceny urzędowej niższej od ceny określonej w umowie, cena ulega obniżeniu do wysokości ceny urzędowej,
    - w zakresie numeru katalogowego towaru,
    - w zakresie nazwy towaru przy zachowaniu jego parametrów,
    - w zakresie sposobu konfekcjonowania lub pakowania,
    - w zakresie liczby opakowań,
    - w sytuacji zastąpienia towaru odpowiednikiem, w przypadku zakończenia lub wstrzymania produkcji, wycofania wyrobu z obrotu lub wstrzymania dystrybucji .Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą cen jednostkowych, wartości umowy i być niekorzystne dla Zamawiającego.
  2. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania obniżenia ceny towaru do wysokości ceny promocyjnej ustalonej przez producenta lub Wykonawcę. W przypadku nie uwzględnienia tego prawa przez Wykonawcę, Zamawiający może od umowy odstąpić w odniesieniu do wyrobu, dla którego stosowana jest cena promocyjna.
- Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności zgody drugiej strony oraz zachowania formy pisemnej.

**§ 15**

1. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy podlegać będą rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie znajdują przepisy Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 – tekst jednolity) oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

**WYKONAWCA****ZAMAWIAJĄCY**

Postępowanie nr PN-151/16/MJ

pieczęć Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych oraz niezbędnych materiałów eksploatacyjnych do wykonywania oznaczeń koagulologicznych wraz z dzierżawą trzech analizatorów na okres 36 miesięcy - dla 2 lokalizacji**

### OŚWIADCZENIE (art. 24 ust. 11 Pzp)

składane w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (protokół z otwarcia ofert)

w imieniu:

.....  
.....

pełna nazwa/firma Wykonawcy, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego niniejszym oświadczam/y, że wobec reprezentowanego przeze mnie podmiotu nie zachodzą przesłanki wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt. 23 Pzp.

nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), z Wykonawcami którzy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe, \*

lub

należę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), z Wykonawcami którzy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe i składam wyjaśnienia i dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia.\*

.....

\*niepotrzebne skreślić

.....  
Miejscowość, data

.....  
Czytelny podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń  
w imieniu Wykonawcy lub pieczętka wraz z podpisem

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejsowość), dnia ..... r.

.....  
Czytelny podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń  
w imieniu Wykonawcy lub pieczętka wraz z podpisem