

**Parametry oceny jakości**

**Pakiet nr 1-5: Zestawy do kaniulacji żył**

1	Łatwość mocowania do skóry 0 – 2 pkt.
2	Łatwość wprowadzania i kompatybilność elementów 0 – 2 pkt.
3	Łatwość podłączenia strzykawki lub zestawu do przetaczania z kaniulą 0 – 2 pkt.
4	Skuteczność działania zaworu odcinającego 0 – 2 pkt.
5	Jakość splotu (giętkość, elastyczność, sprężystość, zachowanie pierwotnego kształtu) 0 – 2 pkt.

Zasady oceny punktowej:

„0” pkt. – nie spełnia wymagań określonych parametrem

„1” pkt. – spełnia z zastrzeżeniami wymagania określone parametrem

„2” pkt. – spełnia wymagania określone parametrem

**Pakiet nr 6: Igły do biopsji**

1	Ostrość mandrynu 0 – 2 pkt.
2	Odkształcenie igły występujące podczas użycia 0 – 2 pkt.
3	Szczelność połączenia ze strzykawką 0 – 2 pkt.
4	Łatwość manipulacji igłą 0 – 2 pkt.

Zasady oceny punktowej:

„0” pkt. – nie spełnia wymagań określonych parametrem

„1” pkt. – spełnia z zastrzeżeniami wymagania określone parametrem

„2” pkt. – spełnia wymagania określone parametrem

**Pakiet nr 11: Żel do USG**

1	Szczelność opakowania 0 – 2 pkt.
2	Odpowiednia konsystencja umożliwiającą prawidłowy przekaz obrazu 0 – 2 pkt.
3	Lepkość 0 – 2 pkt.
4	Mały stopień zabrudzenia 0 – 2 pkt.

Zasady oceny punktowej:

„0” pkt. – nie spełnia wymagań określonych parametrem

„1” pkt. – spełnia z zastrzeżeniami wymagania określone parametrem

„2” pkt. – spełnia wymagania określone parametrem