



Warszawa, 25-04-2018 r.

**Do uczestników postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

**Dotyczy: świadczenie usługi serwisowej aparatury firmy ELEKTA przez okres 2 miesięcy,
znak sprawy PN – 59/18/DW.**

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), wyjaśniam co następuje:

Pytanie 1 – dotyczy SIWZ pkt. IV Opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający określił przedmiot zamówienia jako:

Przedmiotem zamówienia jest usługa serwisowa aparatury firmy Elekta przez okres 2 miesięcy,

W związku z faktem, że załącznik nr 1 do SIWZ zawiera również wyposażenie pomocnicze, prosimy o zmianę zapisu na następujący:

Przedmiotem zamówienia jest usługa serwisowa aparatury firmy Elekta oraz wyposażenia pomocniczego przez okres 2 miesięcy,

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis w Rozdz. IV SIWZ, Opis przedmiotu zamówienia na następujący: „Przedmiotem zamówienia jest usługa serwisowa aparatury firmy Elekta oraz wyposażenia pomocniczego przez okres 2 miesięcy”.

Pytanie 2 – dotyczy SIWZ pkt. IX, 1.1.1.

Zamawiający określił wymaganie:

Aktualną pisemną autoryzację producenta na wykonywanie czynności serwisowych aparatury wymienionej w załączniku nr 1 do SIWZ - do potwierdzenia kopią dokumentów.

Wymaganie obliguje wykonawcę do posiadania i przedstawienia autoryzacji producenta do serwisowania wyposażenia opisanego w załączniku nr 1 do SIWZ. Opis wyposażenia w załączniku nr 1 określa poza urządzeniami i systemami produkowanymi przez firmę Elekta, również sprzęt pomocniczy, który produkowany jest przez różne firmy t.j. np. schładzacz, sprzęt dozymetryczny, system archiwizacji oraz system wentylacji i klimatyzacji.

Czy Zamawiający wymaga autoryzacji producenta dla wszystkich systemów i urządzeń wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ, czy też do urządzeń i systemów, które stanowią kluczowy element w realizacji procedur terapeutycznych tzn. akceleratory, systemy planowania leczenia, symulatory i system weryfikacji i zarządzania?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga autoryzacji do urządzeń i systemów, które stanowią kluczowy element w realizacji procedur terapeutycznych tzn. akceleratory, systemy planowania leczenia, symulatory i system weryfikacji i zarządzania.

Pytanie 3 – dotyczy załącznik nr 2 do SIWZ, pkt. IX, 1.3.

Zamawiający określił wymaganie:

Dokonywanie napraw aparatury przy użyciu urządzeń, narzędzi i części zamiennych Wykonawcy; bez dodatkowego obciążenia Zamawiającego kosztem takich części.

Czy Zamawiający zaakceptuje ofertę, która w zakresie systemów pomocniczych, takich jak: System wentylacji i klimatyzacji, Archiwum DICOM, nie będzie obejmowała wyposażenia sprzętowego?

Mając na uwadze dwumiesięczny okres trwania umowy, koszt zabezpieczenia wyposażenia w tym zakresie po stronie Wykonawcy, może być wysoki i nie odzwierciedla funkcjonalnych zadań omawianych systemów.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający zaakceptuje ofertę, która w zakresie systemów pomocniczych, takich jak: System wentylacji i klimatyzacji, Archiwum DICOM, nie będzie obejmowała wyposażenia sprzętowego”.

Pytanie 4 – dotyczy załącznik nr 8 do SIWZ, §3 pkt. 7

Zamawiający określił wymaganie:

Maksymalny czas przestoju liczony odrębnie dla każdego urządzenia tworzącego Sprzętu w trakcie trwania umowy może wynieść 32 godziny pracy zakładu.

W związku z tym, że Zamawiający w ramach serwisu wymaga obsługi urządzeń i systemów pomocniczych oraz urządzeń związanych z funkcjonowaniem budynku, które nie są wyposażeniem terapeutycznym oraz nie są produkowane przez firmę Elekta, prosimy o zmianę zapisu który określi to wymaganie dla Sprzętu kluczowego w procesie prowadzenia terapii tzn.: akceleratory, systemy planowania leczenia, symulatory i system weryfikacji i zarządzania.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis w zał. nr 8 do SIWZ, §3 pkt. 7 w następujący sposób: „Maksymalny czas przestoju liczony odrębnie dla każdego urządzenia tworzącego Sprzętu w trakcie trwania umowy może wynieść 32 godziny pracy zakładu. Określony maksymalny czas przestoju dotyczy akceleratorów, systemów planowania leczenia, symulatorów i systemów weryfikacji i zarządzania.

W załączeniu do wyżej udzielonych Wyjaśnień treści SIWZ, Zamawiający dołącza po zmianach zał. nr 8 do SIWZ – *Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, uwzględniający zmiany zapisów określone wyżej.*

Pozostałe zapisy w SIWZ bez zmian.

Z poważaniem,

SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych
KOORDYNATOR

Zbigniew Skrzypek