

Warszawa, 2018 - 12 - 31

DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę produktów leczniczych, nr PN-214/18/TM

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr 2

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 t.j.), Zamawiający wyjaśnia co następuje:

Pytanie nr 1, dot. Pakietu nr 3:

„Czy Zamawiający będzie wymagał, aby roztwór do hemofiltracji w worku 5000 ml, bez zawartości potasu, stosowany wraz z posiadanym przez instytut onkologii urządzeniem typu Prismaflex, posiadał w worku małą komorę 250 ml i dużą komorę 4750 ml, oraz posiadał skład Ca 1,75 Mg 0,5 Na 140 Cl 109,5 HCO₃ 32 mmol/l, oraz osmolarności 287 mOsm/l, a sam worek posiadał pięć otworów do zawieszania na haku wagi?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyżej opisanego produktu.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

KIEROWNIK
DZIAŁU ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH
I ZAOPATRZENIA
Centrum Onkologii-Instytutu
im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Warszawie

mgr Monika Szwarczewska