

Monitor do pomiaru rzutu serca – 5 szt
PARAMETRY GRANICZNE

l.p.	opis przedmiotu	wymogi graniczne TAK / NIE	odpowieź oferenta TAK / NIE
	Metoda oparta na analizie zmian ciśnienia tętniczego krwi.		
1	Parametry monitorowane: - rzut serca (CO); - objętość wyrzutowa (SV); - systemowy (obwodowy) opór naczyniowy (SVR); - zmienność objętości wyrzutowej (SVV); - saturacja w żyła głównej (Scvo2) - saturacja krwi mieszanej (Svo2)	TAK TAK TAK TAK	
2	Częstotliwość odświeżania danych pomiarowych co min. 20 sek	TAK	
3	Możliwość podawania parametrów w postaci indeksowanej: - CI; - SVI; - SVRI - DO2I	TAK TAK TAK TAK	
4	Małoinwazyjna metoda pomiaru rzutu serca (wykorzystywanie max 1 dostępu naczyniowego)	TAK	
5	Prezentacja danych w postaci: - ekranu graficznego; - ekranu tabelarycznego; - ekranu wartości cyfrowych	TAK TAK TAK	
	Ekranu graficznego: - wizualizacja minimum dwóch wartości w postaci cyfrowej, trendu graficznego; - procentowy wskaźnik zmian mierzonego parametru w założonym przedziale czasowym dla każdego mierzonego parametru;	TAK TAK	
	Ekranu tabelarycznego: - możliwość wizualizacji cyfrowej do 5 parametrów monitorowanych w przedziałach czasowych od 1 minuty do 1 godziny	TAK	
	Ekranu wartości liczbowych: - możliwość jednoczesowego wyświetlenia do 8 parametrów;	TAK	
6	Pamięć trendów w monitorze min. 72 godz.	TAK	
7	Brak konieczności kalibracji pomiarów CO	TAK	
8	Możliwość kalkulacji SVR, DO2	TAK	
9	Możliwość ciągłego monitorowania saturacji krwi w żyły głównej przy zastosowaniu kompatybilnego trójświatłowego wkłucia centralnego ze zintegrowanym modułem oxymetrycznym	TAK	
10	Monitor wyposażony w załącze szeregowo RS232, umożliwiające przesyłanie danych pomiarowych do zewnętrznych monitorów funkcji życiowych pacjenta	TAK	
11	Monitor wyposażony w 2 złącza wejścia i wyjścia sygnału analogowego	TAK	
12	Monitor kompatybilny z posiadanym systemem do monitorowania rzutu serca typu EV1000	TAK	
13	Menu w języku polskim	TAK	
14	Waga aparatu poniżej 3 kg	TAK	
15	Dopuszczenie do obrotu na rynku polskim	TAK	
16	Instrukcja obsługi w języku polskim	TAK	

<p>parametru w założonym przedziale czasowym; - możliwość wizualizacji 1, 2, 3 lub 4 wartości jednocześnie</p>	TAK	
<p>Ekran interwencyjny: - możliwość wizualizacji trzech wartości w postaci trendu graficznego, wartości cyfrowych, procentowej zmiany od chwili podjęcia interwencji oraz stanu mierzonego parametru określonego kolorem.</p>	TAK	
<p>Ekran fizjologiczny: - możliwość jednoczesnej wizualizacji cyfrowej i w postaci animacji indeksu całkowitej objętości końcoworozkurczowej w jamach serca (GEDI), pozanaczyniowej wody wewnątrzplucnej (EVLW), indeksu systemowego oporu obwodowego (SVRI) oraz zmienności objętości wyrzutowej (SVV); - możliwość jednoczesnego wyświetlania wartości saturacji żylniej (ScvO2); - dodatkowe oznaczenie statusu wyświetlanych parametrów przy pomocy kolorowych wskaźników (zielony, żółty, czerwony) – powiązanych z zakresami alarmów</p>	TAK TAK TAK	
<p>Ekran zależności danych: - wyświetlanie powiązanych ze sobą parametrów hemodynamicznych związanych z obciążeniem wstępnym, obciążeniem następczym, kurczliwością oraz saturacją żylną; - parametry wyświetlane w postaci cyfrowej - dodatkowe oznaczenie statusu wyświetlanych parametrów przy pomocy kolorowych wskaźników (zielony, żółty, czerwony) – powiązanych z zakresami alarmów</p>	TAK TAK TAK	
<p>Ekran trendów graficznych: - możliwość wyświetlania 1, 2, 3 lub 4 trendów graficznych monitorowanych parametrów; - jednoczesne wyświetlane w postaci cyfrowej bierzącej wartości; - dodatkowe oznaczenie statusu wyświetlanych parametrów przy pomocy kolorowych wskaźników (zielony, żółty, czerwony) – powiązanych z zakresami alarmów</p>	TAK TAK TAK	
<p>Ekran trendów tabelarycznych: - możliwość wyświetlania 1, 2, 3 lub 4 trendów tabelarycznych (wartości cyfrowe) monitorowanych parametrów; - jednoczesne wyświetlane w postaci cyfrowej bierzącej wartości; - dodatkowe oznaczenie statusu wyświetlanych parametrów przy pomocy kolorowych wskaźników (zielony, żółty, czerwony) – powiązanych z zakresami alarmów</p>	TAK TAK TAK	
<p>Ekran wartości cyfrowych: - duże wartości cyfrowe mierzonych parametrów; - procentowy wskaźnik zmian mierzonego parametru w założonym przedziale czasowym; - możliwość wizualizacji 1, 2, 3 lub 4 wartości jednocześnie - dodatkowe oznaczenie statusu wyświetlanych parametrów przy pomocy kolorowych wskaźników (zielony, żółty, czerwony) – powiązanych z zakresami alarmów</p>	TAK TAK TAK TAK	
<p>Ekran GPS: - pozwala określić oczekiwany obszar pomiarowy pomiędzy dwoma wybranymi parametrami; - możliwość śledzenia zmian położenia punktu przecięcia mierzonych parametrów w czasie; - duże wartości cyfrowe mierzonych parametrów;</p>	TAK TAK TAK TAK TAK	

	- możliwość jednocześnie wizualizacji w sposób ciągły 2 wartości wybranych parametrów - dodatkowe oznaczenie statusu wyświetlanych parametrów przy pomocy kolorowych wskaźników (zielony, żółty, czerwony) – powiązanych z zakresami alarmów		
5	Możliwość wprowadzenia poprawki związanej z resekcją płuca lub jego płata do obliczeń termodylucji przezpłucnej.	TAK	
6	Pamięć trendów monitora min. 72 godz.	TAK	
7	Możliwość transferu danych przez port USB w postaci pliku excel (do dalszej obróbki).	TAK	
8	Ekran wielkości minimum 10 cali i rozdzielczości 600x800	TAK	
9	Menu w języku polskim	TAK	
10	Przewód oksymetryczny do cewników optycznych – 2 szt	TAK	
11	Waga aparatu nie więcej niż 3 kg	TAK	
12	Dopuszczenie do obrotu na rynku polskim	TAK	
13	Instrukcja obsługi w języku polskim	TAK	

Uwaga: Zamawiający wymaga bezwzględnego spełnienia parametrów granicznych. Umieszczenie odpowiedzi NIE w kolumnie „odpowieź Oferenta” spowoduje odrzucenie oferty.

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

Dotyczy: Zapytania Ofertowego na dzierżawę urządzeń do pomiarów hemodynamicznych

OFERTĘ SKŁADA:

Nazwa Wykonawcy	
<u>wpisany do:</u>	<ul style="list-style-type: none">• <u>Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy</u> pod nr KRS• <u>lub do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej</u>
NIP	
REGON	
Adres:	
Telefon:	
Fax:	
e-mail:	
Osoba do kontaktów: e-mail, telefon	
To małe/średnie przedsiębiorstwo	TAK/NIE* (odpowiednie skreślić)

II. OFERTA WYKONAWCY

My, niżej podpisani, niniejszym oświadczamy, co następuje: oferujemy, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Zapytaniu Ofertowym (dalej: ZO) oraz postanowieniami projektu umowy wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę:

Wartość zamówienia:

L.p.	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN za miesiąc	Stawka podatku VAT [%]	Cena jednostkowa brutto w PLN za miesiąc	Wartość netto w PLN za 12 m-cy	Wartość brutto w PLN za 12 m-cy
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Dzierżawa platformy hemodynamicznej	szt	1					
2.	Dzierżawa monitora	szt	5					
3.	Dzierżawa modułu oksymetrycznego	szt	2					
RAZEM								
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA					x	x		

Uwaga: poz.2 i poz.3 musi być kompatybilna z poz. 1 w tabeli.

Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

III. Oświadczenia

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze ZO i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń. Tym samym zobowiązujemy się do spełnienia wszystkich warunków zawartych w ZO.
- Oferujemy termin płatności dni od daty każdorazowego otrzymania faktury wraz z podpisanym bez zastrzeżeń protokołem - po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia.
- Oświadczamy, że akceptujemy projekt umowy. Jednocześnie zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty podpisać umowę bez zastrzeżeń, w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
- Termin realizacji zamówienia – 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Miejsca wykonywania dostawy:

CENTRUM ONKOLOGII–INSTYTUT im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie,
ul. Wawelska 15 , 02-781 Warszawa.

5. Oświadczamy, że osoby bezpośrednio uczestniczące w realizacji zamówienia posiadają doświadczenie i kwalifikacje gwarantujące należyte i fachowe wykonywanie dostawy, instalacji oraz szkolenia będących przedmiotem niniejszego zamówienia.
6. Oświadczamy, że złożona oferta jest ważna przez 60 dni od dnia składania ofert.
7. Informujemy, że zamierzamy* / nie zamierzamy* powierzyć części zamówienia podwykonawcom (jeżeli TAK, należy wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom):
 - 1)
 - 2)
8. Informacje zawarte na stronach stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane przez Zamawiającego.
9. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (jeśli nie dotyczy skreślić).

¹⁾ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

10. Osobą/osobami upoważnionymi do reprezentowania naszej firmy przy ewentualnym podpisaniu umowy w sprawie udzielenia niniejszego zamówienia będą:

▪
/imię, nazwisko, pełniona funkcja/

11. Ofertę niniejszą składamy na kolejno ponumerowanych stronach.

12. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

1/.....

2/.....

../

.....

.....

Miejscowość i data

*Czytelny podpis osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
lub pieczętka wraz z podpis*

[pieczęć firmowa]

W Y K A Z D O S T A W

Dotyczy Zapytania Ofertowego pn: dzierżawy urządzeń do pomiarów hemodynamicznych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

.....

.....

.....

(nazwa i adres Wykonawcy)

przedstawiam wykaz wykonanych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert:

L.p.	Przedmiot dostawy	Wartość brutto dostawy (PLN)	Termin realizacji dostawy		Podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane
			Data rozpoczęcia	Data zakończenia	

data.....

.....
czytelny podpis lub podpis z pieczęcią imienną osoby/osób
upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

.....
Pieczęć firmowa Wykonawcy

WYKAZ OSÓB,

skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia

Dotyczy Zapytania Ofertowego pn: *usługi dzierżawy urządzeń do pomiarów hemodynamicznych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie*

wykaz osób, które uczestniczyć będą w wykonywaniu zamówienia:

L. p.	Imię i nazwisko	Kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie	Zakres wykonywanych czynności	Podstawa dysponowania osobami

data.....

.....
(pieczęć i podpis)

Umowa dzierżawy nr/2018

Umowa zawarta w dniu:..... w Warszawie

Pomiędzy:

Centrum Onkologii - Instytutem im. Marii Skłodowskiej – Curie z siedzibą w Warszawie,
adres: 02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15 B, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000144803, NIP 525-000-80-57, Regon 000288366,
zwanym dalej „Dzierżawcą”,
reprezentowanym przez:

a

Do umowy nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych z uwagi na wartość zamówienia art. 4 pkt 8.

o następującej treści :

§1

Wydzierżawiający wydierżawia Dzierżawcy na okres 12 m-cy od chwili podpisania umowy następujące urządzenia:

.....
.....
.....
.....

zwane dalej łącznie „sprzętem”. Szczegółowy opis sprzętu i jego parametry techniczne zawiera załącznik nr. 1

§2

1. Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy.
2. Wydierżawiający oświadcza, że sprzęt jest wolny od obciążeń i innych wad.
3. Wydierżawiający oświadcza, że dostarczony sprzęt dzierżawy jest dopuszczony do stosowania na terytorium RP.
4. Wydierżawiający na własny koszt, w terminie do 10 dni roboczych od daty zawarcia umowy, dostarczy i uruchomi sprzęt będący przedmiotem umowy na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Warszawie przy ul. Wawelskiej 15.

5. Wyzierżawiający zapewnia, że sprzęt stanowiący przedmiot umowy, stanowi jego własność, wolny jest od wad fizycznych i prawnych, jest sprawny technicznie, nie jest obciążony prawami osób trzecich.
6. Wyzierżawiający gwarantuje, iż sprzęt posiada trwałe oznakowanie, zawierające logo producenta, numer katalogowy oraz opakowany będzie w odpowiednie opakowania jednostkowe.
7. Dostarczenie sprzętu będącego w dzierżawie przez Wyzierżawiającego do siedziby Dzierżawcy potwierdzone będzie protokołem odbioru sprzętu, podpisanym przez upoważnionych pracowników Dzierżawcy.
8. Wyzierżawiający dostarczy Dzierżawcy wraz ze sprzętem następujące dokumenty:
 - a) kartę gwarancyjną w języku polskim,
 - b) kartę produktu zawierającą instrukcję konserwacji,
 - c) instrukcję obsługi,
 - d) paszport urządzenia,
 - e) wykaz autoryzowanych podmiotów serwisowych na terenie Polski

§3

1. Wyzierżawiający przeprowadzi na własny koszt przeszkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie użytkowania sprzętu.
2. Wyzierżawiający zapewni przez cały okres trwania dzierżawy nadzór nad sprzętem.
3. Wyzierżawiający przez cały okres dzierżawy na własny koszt dokonuje napraw, serwisowania i wymiany części zamiennych sprzętu.
4. Wyzierżawiający gwarantuje przez cały okres dzierżawy należyłą pracę sprzętu zgodną z jego przeznaczeniem
5. Dzierżawca ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenia lub szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem sprzętu.
6. Gwarantowany czas reakcji Wyzierżawiającego , o którym mowa w §3 ust.3 rozumiany jako potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i dokonanie naprawy ustala się maksymalnie do 2 dni roboczych wyłączając dzień zgłoszenia lub w terminie do 7 dni roboczych od zgłoszenia zainstalowanie sprzętu zastępczego (o pełnej funkcjonalności),
7. Dzierżawca zobowiązuje się używać sprzęt zgodnie z jego przeznaczeniem i wymogami prawidłowej eksploatacji określonymi w instrukcji obsługi.
8. W okresie dzierżawy sprzęt nie może bez zgody Wyzierżawiającego być używany osobom trzecim oraz nie może być poddzierżawiany.

§4

1. Wyzierżawiający ma prawo kontroli wykorzystania przedmiotu dzierżawy zgodnie z jego przeznaczeniem.
2. Po zakończeniu terminu dzierżawy Dzierżawca zobowiązany jest zwrócić przedmiot dzierżawy w stanie nie pogorszonym ponad zużycie wynikające z normalnej eksploatacji, a Wyzierżawiający odebrać go na własny koszt z siedziby Dzierżawcy.
3. Dzierżawca zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu dzierżawy na kolejny okres stosownym aneksem do niniejszej umowy.
4. Po zakończeniu terminu dzierżawy Dzierżawcy przysługuje prawo odkupu sprzętu odliczając całkowity czynsz dzierżawy netto za okres dzierżawy który wynosi: netto

§5

1. Dzierżawca zobowiązany jest do zapłaty Wyzierżawiającemu czynszu dzierżawy w kwocie: brutto PLN za miesiąc dzierżawy.
2. Całkowity koszt dzierżawy w okresie 12 miesięcy wynosi : brutto :
3. Czynsz dzierżawy płatny jest z dołu w równych ratach miesięcznych na rachunek bankowy Wyzierżawiającego w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury w której Wyzierżawiający zobowiązany jest podać numer niniejszej umowy.
4. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Wyzierżawiającego.
5. Za opóźnienie w zapłacie Wyzierżawiający ma prawo naliczać odsetki ustawowe, z możliwością rozwiązania umowy i odbioru sprzętu w przypadku niepłacenia 3 kolejnych rat dzierżawy.
6. Wyzierżawiający dostarczy fakturę do Kancelarii Dzierżawcy w Warszawie przy ul. Roentgena 5 lub do Działu Księgowości Dzierżawcy w Warszawie przy ul. Wawelskiej 15B.
7. W przypadku niedostarczenia sprzętu w terminie określonym w §2 ust.4 Dzierżawca może odstąpić od umowy po uprzednim wezwaniu Wyzierżawiającego do należytego wykonania Umowy w terminie 14 dni

§6

1. Wyzierżawiający nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Dzierżawcy przenosić na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z umowy, w tym wierzytelności przysługujących mu na podstawie niniejszej umowy, w szczególności na podstawie umowy przelewu wierzytelności, umowy poręczenia, umowy zastawu, ani żadnej innej podobnej umowy, wskutek której dochodzi do przeniesienia kwoty wierzytelności, w tym również do zarządzania i administrowania wierzytelnością.

§ 7

1. Strony zobowiązują się do:
 - a) zachowania w poufności wszelkich nieujawnionych do publicznej wiadomości informacji technicznych, technologicznych, organizacyjnych oraz innych informacji posiadających wartość gospodarczą udostępnianych wzajemnie w związku z niniejszą Umową;
 - b) podjęcia wszelkich niezbędnych kroków dla zapewnienia, że żadna z osób otrzymujących informacje nie ujawni tych informacji, w całości jak i w części, stronom trzecim bez uzyskania uprzedniej zgody na piśmie od Strony, której informacja dotyczy. Strona, która otrzymuje informacje drugiej strony, odpowiada za osoby, którym te informacje zostają udostępnione jak za własne działanie lub zaniechanie, w szczególności ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień ust. 1 pkt. 1);
 - c) ujawniania informacji o których mowa ust. 1 pkt. 1) jedynie tym pracownikom, którym będą one niezbędne do wykonywania powierzonych im czynności i tylko w zakresie, w jakim odbiorca informacji musi mieć do nich dostęp dla celów realizacji Umowy;
2. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji które:
 - a) zostały podane do publicznej wiadomości w sposób nie stanowiący naruszenia niniejszej Umowy i innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 - b) są znane Stronom z innych źródeł i nie naruszają postanowień niniejszej Umowy;
 - c) zostaną ujawnione przez jedną ze Stron za uprzednią pisemną zgodą drugiej Strony;
 - d) zostaną ujawnione przez jedną ze Stron ze względu na obowiązujące wymogi prawa lub zgodnie z prawomocnym orzeczeniem sądu lub prawomocną decyzją administracyjną.

§ 8

1. Administratorem danych osobowych Wydzierżawiającego jest Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej- Curie z siedzibą w Warszawie.
2. Dane osobowe Wydzierżawiającego przetwarzane będą w celu realizacji Umowy, na podstawie obowiązujących przepisów.
3. Dane osobowe Wydzierżawiającego nie są i nie będą udostępniane innym odbiorcom poza przypadkami, gdy taki obowiązek wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub została na to wyrażona zgoda Wydzierżawiającego.
4. Dane osobowe Wydzierżawiającego będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia wykonania Umowy.
5. Wydzierżawiający posiada prawo dostępu swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, o ile jest to zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
6. Wydzierżawiający ma prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (od 25 maja 2018 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych

- narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. Dane osobowe Wyzierżawiającego nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

§ 9

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozpatrywać będzie Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Dzierżawcy.
3. Za datę zawarcia umowy uważa się dzień podpisania umowy przez Wyzierżawiającego.
4. Umowa zostaje sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach jeden dla Dzierżawcy, jeden dla Wyzierżawiającego.

załączniki:

- 1.Oferta Wyzierżawiającego
- 2.Wzór Protokołu dostawy i odbioru sprzętu
- 3.Wzór Protokołu instalacji sprzętu
- 4.Wzór Protokołu uruchomienia i końcowego odbioru sprzętu

DZIERŻAWCA:

WYDZIERZAWIAJĄCY:

Warszawa, dnia

1. DZIERŻAWCA:

Centrum Onkologii – Instytutem im. Marii Skłodowskiej-Curie z siedzibą w
Warszawie, adres: 02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15B

w imieniu którego odbioru dokonuje:

.....

niniejszym potwierdza przyjęcie od **WYDZIERZAWIAJĄCEGO:**

.....

w imieniu którego przekazuje:

.....,

zgodnie z umową nr, sprzęt :

L.p.	Nazwa	Typ	Nr fabryczny	Ilość
1				

2. Dzierżawca potwierdza:

d) dostarczenie przedmiotu umowy zgodnie z załączoną specyfikacją dostawy oraz specyfikacją techniczną przedmiotu umowy.

3. Niniejszym zgodnie stwierdzamy, że sprzęt wymieniony w pkt.1 niniejszego protokołu zostaje przyjęty bez zastrzeżeń.

4. Oświadczamy, iż zamówienie w zakresie dostawy sprzętu wymienionego w pkt.1 niniejszego protokołu zostało zrealizowane z należytą starannością.

5. W przypadku niezrealizowania któregośkolwiek z pkt. 2 Dzierżawcy przysługuje prawo do nie podpisania niniejszego protokołu.

6. Uwagi i zastrzeżenia w zakresie wykonania pkt.2 niniejszego protokołu

.....

.....

DZIERŻAWCA:

WYDZIERZAWIAJĄCY:

Warszawa, dnia

1. **DZIERŻAWCA:**

Centrum Onkologii – Instytutem im. Marii Skłodowskiej-Curie z siedzibą w
Warszawie, adres: 02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15B

w imieniu którego odbioru dokonuje:

.....

niniejszym potwierdza uruchomienie przez **WYDZIERZAWIAJĄCEGO:**

.....

zgodnie z umową nrsprzętu:

L.p.	Nazwa	Typ	Nr fabryczny	Ilość
1				

2. Dzierżawca potwierdza dokonanie instalacji przedmiotu umowy zgodnie z załączoną specyfikacją wraz z przeprowadzeniem testów akceptacyjnych (jeśli dotyczy).

3. Niniejszym zgodnie stwierdzamy, że instalacja sprzętu wymienionego w pkt.1 niniejszego protokołu zostaje/nie zostaje* przyjęta bez zastrzeżeń.

4. W przypadku niezrealizowania któregośkolwiek z pkt. 2 Dzierżawcy przysługuje prawo do nie podpisania niniejszego protokołu.

5. Uwagi i zastrzeżenia w zakresie wykonania pkt. 2 - 5 niniejszego protokołu

.....

.....

DZIERŻAWCA:

WYDZIERZAWIAJĄCY:

Wzór Protokołu uruchomienia i końcowego odbioru sprzętu

Warszawa, dnia

1. **DZIERŻAWCA:**

Centrum Onkologii – Instytutem im. Marii Skłodowskiej-Curie z siedzibą w
Warszawie, adres: 02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15B

w imieniu którego odbioru dokonuje:

.....

niniejszym potwierdza uruchomienie przez **WYDZIERZAWIAJĄCEGO:**

.....

zgodnie z umową nrsprzętu:

L.p.	Nazwa	Typ	Nr fabryczny	Ilość
1				

2. Dzierżawca potwierdza uruchomienie przedmiotu umowy zgodnie z załączoną specyfikacją wraz z przeprowadzeniem testów akceptacyjnych oraz przeprowadzenie szkoleń określonych w załączniku nr 2 do umowy.

3. Dzierżawca potwierdza, że otrzymał:

- karty gwarancyjne,

- wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności serwisowych zgodnie z art. 90 ustawy o wyrobach medycznych,

- listę dostawców części zamiennych,
- instrukcję użytkowania sprzętu w języku polskim,
- niezbędną dokumentację techniczną sprzętu,
- specyfikację katalogową (handlową) sprzętu,
- kopię dokumentów w języku polskim dopuszczających przedmiot dostawy do obrotu i do używania wydanych przez podmioty upoważnione do wydawania (deklarację zgodności, świadectwa rejestracji, świadectwa dopuszczenia do obrotu, świadectwa jakości, świadectwa dopuszczenia do stosowania lub pozytywną opinię) dla każdego aparatu/analizatora wymienionego w pkt. 1.

4. Niniejszym zgodnie stwierdzamy, że sprzętu wymieniony w pkt.1 niniejszego protokołu zostaje/nie zostaje* przyjęty bez zastrzeżeń.

5. Oświadczamy, iż zamówienie w zakresie uruchomienia sprzętu wymienionego w pkt.1 niniejszego protokołu oraz przeprowadzenie szkoleń o których mowa załączniku nr 2 do umowy zostało/ nie zostało * zrealizowane z należytą starannością.

6. W przypadku niezrealizowania któregośkolwiek z pkt. 2 - 5 Dzierżawcy przysługuje prawo do nie podpisania niniejszego protokołu.

7. Uwagi i zastrzeżenia w zakresie wykonania pkt. 2 - 5 niniejszego protokołu

.....
.....
.....

DZIERŻAWCA:

WYDZIERZAWIAJĄCY: